Technisches Datenblatt

Lösungsmitteldosierstand

ABMESSUNGEN

Maße	500 x 460 x 950 mm (L x B x H)
Gewicht	ca. 45 kg
Material (medienberührende Teile)	PEEK / FFKM / ETFE / PTFE und FPM
IP Schutzklasse	IP 54

ELEKTRISCHE DATEN

Benötigter Stromanschluss	SCHUKO-Stecker / 230 V / 50 Hz / L/N/PE

SONSTIGES

Vorlagegefäße	24 Stück (100 ml, Borosilikatglas / PP)
Dosierung	24 Dosierventile (max. 8 ml/min, Abweichung < 5 %)
Temperaturbereich	15 - 40 °C
Anlagensteuerung über SPS (Typ Siemens S7-1200)	Eingabe der lösungsmittelbezogenen Abgabemengen (0,5 – 10 ml) je Lösungsmittel Selektion einer oder mehrerer Lösungsmittel zur gleichzeitigen Abgabe in die jeweiligen Probenvials Spülfunktion der Lösungsmittel Entleerungsfunktion der Lösungsmittel Manuelle Abgabe der Lösungsmittel Einfache Kalibrierfunktion zur volumenabhängigen Abgabe unterschiedlichster Lösungsmittel

SIMA-tec GmbH: Schier 12c, 41366 Schwalmtal Tel.: +49 2163 349 210 Fax.: +49 2163 349 21 11 info@sima-tec.de
Büro Hürth: Willi-Mainzer-Str. 14, 50354 Hürth www.sima-tec.de
Bankverbindung: Sparkasse KölnBonn IBAN: DE28370501980017492406 BIC.: COLSDE33
Amtsgericht Mönchengladbach HRB 15591, USt-IdNr.: DE233185798, Steuer-Nr. 102/5844/1389
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Mark Enders, Siegfried Tuchborn

Technisches Datenblatt

Mobile Steuereinheit	Steuerung des Dosierstandes in einem geschlossenen Abzugsschrank

Die Anlagensteuerung über SPS gewährleistet einen eigenständigen und sicheren Anlagenbetrieb.

SIMA-tec GmbH: Schier 12c, 41366 Schwalmtal Tel.: +49 2163 349 210 Fax.: +49 2163 349 21 11 info@sima-tec.de
Büro Hürth: Willi-Mainzer-Str. 14, 50354 Hürth www.sima-tec.de
Bankverbindung: Sparkasse KölnBonn IBAN: DE28370501980017492406 BIC.: COLSDE33
Amtsgericht Mönchengladbach HRB 15591, USt-IdNr.: DE233185798, Steuer-Nr. 102/5844/1389
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Mark Enders, Siegfried Tuchborn